ZOZ Sucha Beskidzka
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
NIP: 552-12-74-352
REGON: 000304415
Nr konta: 37 8128 0005 0000 0521 2000 0010
Fax: 33 872 31 01

www.zozsuchabeskidzka.pl

centrala Sucha Beskidzka +48 33 872 31 00
sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl
centrala Maków Podhalański +48 33 877 10 01

Znak: ZOZ.V.010/DZP/14/20 Sucha Beskidzka dnia 20.03.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Dostawa ubrań i obłożeń z włókniny i flizeliny"

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 15-22 oraz 24-26:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Pozwoli to zwiększyć konkurencję oraz umożliwi złożenie korzystnych ofert większej ilości Wykonawcom.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 16

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji (nieznacznie większej od wymaganej, tj. dłuższej na jednym boku o 5 cm) sterylnej serwety włókninowej 2W posiadającej wymiar 150x**180** cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 18

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji (nieznacznie większej od wymaganej, tj. dłuższej na jednym boku o 10 cm) sterylnej serwety włókninowej 2W posiadającej wymiar 50x**60** cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji (nieznacznie większej od wymaganej, tj. dłuższej na jednym boku o 10 cm) sterylnej serwety włókninowej 2W posiadającej wymiar **100**x150 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 25

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji (nieznacznie większej od wymaganej, tj. dłuższej na jednym boku o 10 cm) sterylnej serwety włókninowej 2W samoprzylepnej posiadającej wymiar 50 x**60** cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji (**kompletów operacyjnych – bluza i spodnie**) i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Pozwoli to zwiększyć konkurencję oraz umożliwi złożenie korzystnych ofert większej ilości Wykonawcom.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach wysokiej jakości **jednorazowych kompletów chirurgicznych (operacyjnych) z włókniny (bluza i spodnie)** – komplety wykonane z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej **SMMS** o gramaturze **45g/m²**. Rozmiary zgodnie z wymogami Zamawiającego. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w czterech kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz różowym. Komplet jednorazowy. Klasa I. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych).



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 9-14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji (**fartuchów chirurgicznych**)
i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Pozwoli to zwiększyć konkurencję oraz umożliwi złożenie korzystnych ofert większej ilości Wykonawcom.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 9-13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach wysokiej jakości **sterylnych fartuchów chirurgicznych** wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze **35 g/m².** Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H_2O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Rozmiary fartuchów:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm

Tolerancja	**+/- 2cm**	**+/- 2cm**	**+/- 1,5cm**



Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS, jałowy
Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, **EN 13795**, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 13
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylnych fartuchów w rozmiarze jak niżej (najlepiej odpowiadający opisowi Zamawiającego), tj.:

ROZMIAR	**DŁUGOŚĆ FARTUCHA**	**SZEROKOŚĆ FARTUCHA**	**DŁUGOŚĆ RĘKAWA**
XXL	150cm	175cm	86cm
Tolerancja	**+/- 2cm**	**+/- 2cm**	**+/- 1,5cm**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 14
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach wysokiej jakości **sterylnych fartuchów chirurgicznych SMMMS wzmocnionych** - niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze **35 g/m²**. fartuch wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H_2O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny

kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001. **Rozmiar L oraz XL zgodnie z poniższą tabelą. Możliwe również zamówienie pozostałych rozmiarów wg tabeli.**



ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	**130cm**	**167cm**	**72cm**
XL	**140cm**	**171cm**	**80cm**
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm
Tolerancja	**+/- 2cm**	**+/- 2cm**	**+/- 1,5cm**

Fartuch chirurgiczny włókninowy SMMMS – wzmacniany, jałowy. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001. Rozmiar L oraz XL zgodnie z poniższą tabelą. Możliwe również zamówienie pozostałych rozmiarów wg tabeli.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy postanowień SIWZ: Wnosimy o zmianę postanowień SIWZ i dopuszczenie składania ofert **w postaci elektronicznej,** stosownie do postanowień art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, ze zm.).
UZASADNIENIE: Wskazujemy, że w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, zarówno Główny Inspektor Sanitarny jak i inne organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne rekomendują ograniczenie przemieszczania się i przebywania w większych skupiskach ludności. W związku z powyższym utrudniona została tak możliwość złożenia oferty osobiście (poprzez zakaz odwiedzin), jak i obniżyła się jakość doręczeń realizowanych za pośrednictwem operatorów pocztowych (gdyż doręczyciele obawiają się doręczenia przesyłek bezpośrednio odbiorcom). Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do postanowień ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oferta elektroniczna jest nie tylko równa pisemnej, lecz wręcz jest rekomendowaną formą kontaktu wykonawcy z zamawiającym.

Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na powyższą zmianę zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na **min. 08.04.2020 r.**
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania do wzoru umowy:

1. Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine:*
„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych"
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 2 i 3 projektu umowy przewidującego możliwość negocjacji terminu zapłaty zobowiązań, w których zapłacie Zamawiający pozostaje w zwłoce. **UZASADNIENIE** - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353[1] KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. **KIO 487/14** podobnie **KIO 897/15** oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. **II Ca 450/14**).
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 i 5 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi ***lex specialis*** w stosunku do art. 490 KC (*S. Buczkowski*, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; *C. Żuławska*, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; *Z. Gawlik*, w: *Kidyba*, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; *Z. Banaszczyk*, w: *Pietrzykowski*, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; *J. Jezioro*, w: *Gniewek, Machnikowski*, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.
4. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez dookreślenie zmian „niekorzystnych" dla Zamawiającego. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) *„Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna* ***być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.***" Powyższe zalecenia należy stosować **w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z**

udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki *Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1*, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 2 i 3 projektu umowy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine:* *„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych."*
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 2 lit. f) projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine* treści lit. g) zaś po niej: *„zmiana taka dla swojej ważności nie wymaga aneksu w formie pisemnej."* **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Wnosimy o modyfikację § 1 0 ust. 2 kolejnej litery o następującej treści: *„nastąpiła zmiana cen producenta lub zmiana kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%."* **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek