

Znak: ZOZ.V.010/DZP/14/20

Sucha Beskidzka dnia 20.03.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Dostawa ubrań i obłożeń z włókniny i flizeliny”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 15-22 oraz 24-26:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Pozwoli to zwiększyć konkurencję oraz umożliwi złożenie korzystnych ofert większej ilości Wykonawcom.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 16

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji (nieznacznie większej od wymaganej, tj. dłuższej na jednym boku o 5 cm) sterylnej serwety włókninowej 2W posiadającej wymiar 150x180 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 18

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji (nieznacznie większej od wymaganej, tj. dłuższej na jednym boku o 10 cm) sterylnej serwety włókninowej 2W posiadającej wymiar 50x60 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji (nieznacznie większej od wymaganej, tj. dłuższej na jednym boku o 10 cm) sterylnej serwety włókninowej 2W posiadającej wymiar 100x150 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 25

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji (nieznacznie większej od wymaganej, tj. dłuższej na jednym boku o 10 cm) sterylnej serwety włókninowej 2W samoprzylepnej posiadającej wymiar 50 x60 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji (**kompletów operacyjnych – bluza i spodnie**) i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Pozwoli to zwiększyć konkurencję oraz umożliwi złożenie korzystnych ofert większej ilości Wykonawcom.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach wysokiej jakości jednorazowych kompletów chirurgicznych (operacyjnych) z włókniny (bluza i spodnie) - komplety wykonane z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej **SMMS** o gramaturze **45g/m²**. Rozmiary zgodnie z wymogami Zamawiającego. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty, podwinięty i obszty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszty. Dostępny w czterech kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz różowym. Komplet jednorazowy. Klasa I. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych).



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 9-14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji (**fartuchów chirurgicznych**)

i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Pozwoli to zwiększyć konkurencję oraz umożliwi złożenie korzystnych ofert większej ilości Wykonawcom.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 9-13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach wysokiej jakości sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze **35 g/m²**. Odporność na przenikanie cieczy - min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową - czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Rozmiary fartuchów:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm