

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/13/20

Sucha Beskidzka, dnia 16.03.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic (ZOZ.V.010/DZP/13/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic z odstępniem od badań na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F 1670. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szpital wymaga rękawic bezpiecznych dla personelu. Rękawice przebadane na przenikanie krwi syntetycznej dają lepszą gwarancję zabezpieczenia użytkowników.**

Pakiet nr 2 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

a) z odstępniem od badań na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F 1670, w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie;

b) poziom szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa;

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szpital wymaga rękawic bezpiecznych dla personelu. Rękawice przebadane na przenikanie krwi syntetycznej dają lepszą gwarancję zabezpieczenia użytkowników.**

Pakiet nr 2 poz. 4

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

a) z grubością na palcu 0,06 mm;

b) długość min. 245 mm (+/- 0,02 mm);

c) poziom szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa;

d) z odstępniem od badań na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F 1670, w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie;

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szpital wymaga rękawic bezpiecznych dla personelu. Rękawice przebadane na przenikanie krwi syntetycznej dają lepszą gwarancję zabezpieczenia użytkowników.**

Pakiet nr 2 poz. 5

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

a) w rozmiarach S, M, L, XL;

b) poziom szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa;

c) z odstępniem od badań na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F 1670, w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ


**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szpital wymaga rękawic bezpiecznych dla personelu. Rękawice przebadane na przenikanie krwi syntetycznej dają lepszą gwarancję zabezpieczenia użytkowników.**

B.

W przypadku wyrażenia zgody prosimy o utworzenie odrębnego pakietu dla pozycji 1 – 5 jako podstawowych rękawic diagnostycznych. Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie wykonawców, które nie posiadają w swojej ofercie pozostałego asortymentu. Spowoduje to większą konkurencyjność oraz zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie znacznie ograniczona.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Z poważaniem:

  
MARIUSZ BACZYŃSKI  
Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Baczyński

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Stęczek