

Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych (ZOZ.I-010/DŚZ/OF/27/26)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagania dotyczącego prezentowania zakresów referencyjnych dla wszystkich wykonywanych badań.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi standardami diagnostyki laboratoryjnej oraz wymaganiami Rozporządzenia, zakresy referencyjne zamieszczane są na wyniku badania, o ile zostały określone dla danego parametru i populacji. Jednocześnie nie dla wszystkich parametrów laboratoryjnych istnieją zakresy referencyjne. W przypadku części badań interpretacja opiera się na wartościach decyzyjnych, punktach odcięcia (cut-off), zaleceniach klinicznych lub innych kryteriach interpretacyjnych.

Ponadto dla wielu parametrów zakresy referencyjne są zróżnicowane w zależności od wieku, płci lub innych cech pacjenta, dlatego prezentowane na wyniku są dobierane indywidualnie zgodnie z dostępnymi danymi oraz obowiązującymi rekomendacjami.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że za spełnienie wymagania Zamawiający uzna zamieszczanie na wyniku badania zakresów referencyjnych lub innych właściwych kryteriów interpretacyjnych, zgodnie z charakterystyką danego parametru, obowiązującymi rekomendacjami oraz przepisami prawa.

Odpowiedź:

Ad. 1 Potwierdzamy uznanie zamieszczenia na wyniku badania zakresów referencyjnych lub innych właściwych kryteriów interpretacyjnych, zgodnie z charakterystyką danego parametru, obowiązującymi rekomendacjami oraz przepisami prawa.

2. W odniesieniu do zapisu:

"Oferent zobowiązany jest do potwierdzenia liczby odbieranych próbek oraz braku hemolizy w odseparowanej surowicy przez osobę odbierającą materiał."

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wskazanego wymagania.

Osoby odbierające materiał biologiczny nie są upoważnione ani kompetencyjnie przygotowane do oceny stopnia hemolizy próbek. Ich zadaniem jest weryfikacja zgodności przekazywanego materiału z dokumentacją oraz zabezpieczenie go do transportu.

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz standardami jakości dla laboratoriów medycznych, ocena jakości próbki pod kątem interferencji analitycznych, takich jak hemoliza, jest elementem procesu analitycznego realizowanego przez laboratorium. W nowoczesnej diagnostyce laboratoryjnej, automatyczna ocena wskaźnika hemolizy stanowi standard postępowania zapewniając większą wiarygodność, powtarzalność i obiektywność niż ocena wzrokowa.

Dla każdego oznaczanego parametru obowiązują indywidualne progi interferencji, zgodne z zaleceniami producentów odczynników i analizatorów, na podstawie których podejmowana jest decyzja o akceptacji lub odrzuceniu próbki.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego wymagania stosowanie automatycznej oceny hemolizy zgodnie z obowiązującymi procedurami laboratoryjnymi oraz zaleceniami producentów, bez konieczności każdorazowej oceny i potwierdzania braku hemolizy przez osobę odbierającą materiał.

Odpowiedź:

Ad 2 Potwierdzamy że uznajemy za spełnienie przedmiotowego wymagania stosowanie automatycznej oceny hemolizy zgodnie z obowiązującymi procedurami laboratoryjnymi oraz zaleceniami producentów, bez konieczności każdorazowej oceny i potwierdzenia braku hemolizy przez osobę odbierającą materiał.

3. Dotyczy pkt V podpunkt 2 d

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie z SIWZ średni czas oczekiwana na wynik badania liczony będzie jako średnia arytmetyczna czy jako średnia ważona?

Odpowiedź:

Ad 3 Sposób obliczania to średnia arytmetyczna.

4. Dotyczy Załącznika nr 8

Zwracamy uwagę iż pozycje nr 68 i 69 z załącznika nr 8 są takie same. Czy obie pozycje podlegają wycenieniu, czy też doszło do omyłkowego powielenia badania?

Odpowiedź:

Ad 4 W załączniku nr 8 w pozycjach 68 i 69 znajduje się to samo badanie. Oferenci są proszeni o wskazanie w tych pozycjach jednakowej ceny jednostkowej.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

.....
(podpis i pieczęć Zamawiającego)

Koordynator
Działu Zamówień i Sprzedaży
Świadczeń Zdrowotnych
ZOZ Sucha Beskidzka
mgr Katarzyna Dyrz